Provincia de La Pampa
CONTADURIA GENERAL
DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS
==========

EXPEDIENTE Nº 4015/13

LICITACION PRIVADA Nº 184/13

Señor/es:

Proveedor de la Provincia Nº

APERTURA: El día 23 de Octubre de 2013, a las 10:00 horas

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1 – EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD "RECONVERSION" Y "ALEJANDRO MIRANDA"

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
1.1	2	Camillas Ginecológicas: Plano superior articulado en 3 secciones, tapizadas en cuero vinílico. Estructura metálica cromada, con cruceta inferior. Medidas aproximadas: 1,70 x 0,55 x 0,68 m. de alto. Provista de juego de taloneras cromadas y soporte para brazos cromados.		$_____	$_____
1.2	6	Camillas examen clínico: colchoneta tapizada en cuero vinílico. Estructura metálica cromada con cruceta inferior. Regatones de madera anti estático. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,65 m. de alto.		$_____	$_____
1.3	2	Camillas con ruedas: colchoneta tapizada en cuero vinilico. Estructura metálica cromada con cruceta inferior. Regatones de materia antiestatico. Medidas aproximadas: 1,8 x 0,65 x 0,65m de alto. Con cuatro ruedas.		$_____	$_____
1.4	10	Escritorios: Realizado en madera, de 1,2 m. de ancho, 2 cajones, el cajón superior con cerradura.		$_____	$_____
1.5	4	Escritorios para computadoras: Realizados en madera, con bandeja extraíble, estante para CPU. Medidas de frente 1,00 x 0,45x 0,70 m. de alto.		$_____	$_____
1.6	20	Sillas con apoya brazos giratorias, plásticas tipo AP 40.		$_____	$_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
1.7	28	Sillas con apoya brazos, plásticas tipo AP 40.		$_____	$_____
1.8	4	Camas ortopédicas. De lecho rígido, apto para masajes cardíacos, con cuatro planos de tres articulaciones; movimientos regulables a manivela e impulsadas con tornillos de fuerza de rosca cuadrada y bujes de bronce fosforoso. Construida en caño estructural de 50 x 30 x 1.6 mm. Dispositivos para colocación de accesorios como barandas, trapecio y porta suero. Cabecero y piecero desmontables, revestidos con melaninas. Terminación en pintura epoxi horneable. Medidas 0.90 x 1.90 x 0.50 m.		$_____	$_____
1.9	2	Mesas:de madera, de 1,50 m. de largo.		$_____	$_____
1.10	12	Vitrina. Medidas 0,35 x 0,75 x 1.70 m. Con 4 estantes de vidrio, puertas batientes de vidrio con cerradura con 2 llaves.		$_____	$_____
1.11	2	Sillones para Odontología: Accionados por motor eléctrico, con movimientos de ascenso y descenso del sillón y del respaldo sincronizados para posición de Trendelenburg. Memoria de posición de vuelta a cero y comando ubicado del lado del operador, respaldo, cabezal, apoya brazos y silla tapizada. Motor eléctrico 1/3HP. Alimentación 220 VCA/50 Hz.		$_____	$_____
1.12	12	Armarios: Realizados en madera. 2 puertas. Estantes regulables. Medidas 0,80 x 0,38 x 2,00 m. de alto.		$_____	$_____
1.13	2	Banquetas para odontología. Con cilindro neumático para regulación de altura y respaldo. Base metálica cromada. 5 pies con ruedas y aro cromado apoya pies. Tapizado con tela vinílica de gran calidad y gomaespuma de alta densidad.		$_____	$_____
1.14	4	Heladeras: de 290 litros, con congelador.		$_____	$_____
1.15	32	Estanterías. De estructura metálica compuestas por 4 parantes angulares y 6 estantes. Los parantes de la estantería deben poseer ranuras para permitir que la altura de los estantes sea variable.		$_____	$_____
1.16	4	Televisores de 32”.		$_____	$_____
1.17	8	Negatoscopio. 1 tubo, gabinete de PVC, encendido rápido, para colgar. Medidas: largo 50 cm. Alto 38 cm., ancho 8 cm.		$_____	$_____
1.18	2	Anafe.		$_____	$_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
1.19	**2**	Estufas esterilizadoras para enfermería. Para esterilización de materiales a seco con temperatura regulable de manera continua hasta 200ºC. Programador de tiempo que corte automáticamente la corriente interior con material aislante. Termómetro incorporado. Con gradillas para ubicar a altura regulable. Medidas internas aproximadas: 0,40 cm. de ancho x 0,40 cm. de profundidad x 0,60 cm. de altura. Alimentación 220 VCA. Manual de operación en español y manual técnico origina en español e inglés, que incluya diagramas circuitales.		**$**_____	**$**_____
1.20	**2**	Estufas esterilizadoras para odontología. Capacidad 15 litros. Potencia 350W. Alimentación 220 V, con cuatro bandejas y control digital.		**$**_____	**$**_____
1.21	**2**	Lavarropas de carga frontal. Tambor de acero inoxidable. Capacidad 6 kg. Cantidad de programas 17 y centrifugado.		**$**_____	**$**_____
1.22	**2**	Carros de paro. Dimensiones W 770 x D 620 X H1160 mm. Bandeja regulable hasta 10 kg. Central de seguridad plástica ABS y aluminio resistente. Porta Oxígeno. Porta suero. 5 bandejas principales y dos bandejas laterales.		**$**_____	**$**_____
1.23	**2**	Electrocardiógrafo de estado sólido de alimentación dual con galvanómetro de bobina móvil e inscripción sobre papel termo sensible de 50 mm. de ancho. Mecanismo de arrastre con selección de por lo menos 2 velocidades distintas. Sistemas de conmutación para tres derivaciones bipolares. 3 unipolares aumentadas y 8 precordiales. Protección contra desfibrilación y electrobisturí. Sensibilidad ajustable entre 0,5 y 2cm/mV. Impedancia de entrada mayor que 20 ohm. Rechazo de modo común mejor que 80 dB. Ancho de banda superior a los 40 Hz. Filtro de linea de 50 Hz. Circuito de entrada flotante con una fuga de corriente máxima menos que 15 microamper. Salida para pscilloscopio y entrada directa al galvanometro. Cable a paciente y electrodos. Manual de operación en español y manual técnico original en español e inglés, que incluya diagramas circuitales. La unidad debe cumplir con la Norma IRAM 4220 (IEC 601).		**$**_____	**$**_____
1.24	**2**	Desfibrilador. Monitor de ECG desde electrodos y desde las paletas de desfibrilación. Presentación de frecuencia cardíaca y alarmas. Control de amplitud, congelamiento y volumen. Desfibrilación libre o sincronizada con onda QRS, con sistema 1-2-3. Rango de energía desde 1 hasta 360 joules. Desfibrilador. Conexión de paletas externas e internas. Sistema de autoverificación y descarga de seguridad. Registro gráfico. Impresión de ECG en tiempo real y diferido, sumario de eventos y reporte de descargas. Monitor de SaO2. Monitorización de SaO2, pulso cardíaco y alarma de máxima y mínima.ECG. Entrada de paciente: electricamente aislada y protegida contra desfibrilador. Curva de ECG: sin desvanecimiento, con congelamiento de imagen. Indicación en la pantalla de frecuencia cardíaca, alarmas, derivación, amplitud y volumen. Alarmas: dos juegos de valores prefijables entre 10 y 300 ppm en pasos de a 5, tono grave continuo con control de volumen. QRS: indicación visual y audible, con control de volumen. Amplitud. 0,5 – 1 2 cm/mV.		**$**_____	**$**_____

PLIEGO DE CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
1.25	**8**	Carro de curaciones: Unidad rodante para curaciones con ruedas no menos de 150 mm. de diámetro, de goma o nylon; dos o tres planos de material inoxidable; dos o tres cajones; frasqueros para cuatro a siete frascos y porta bolsa descartable. Medidas aproximadas de 0,70 x 0,50 x 0,80 m. de alto. Parachoques perimetral de goma.		**$**_____	**$**_____
1.26	**8**	Pie de suero. Cromado. Base quíntuple, antivuelco. 4 ganchos. Rodante. Brazo superior extensible.		**$**_____	**$**_____
1.27	**2**	Aspiradores. Con motor de ¼ HP unidad compresora incorporada con picos terminales de aluminio y válvula de regulación. Medidas aproximadas 250 mm. x 350 mm. x 260 mm., peso 15 kg. Provisto de instrumento para medición de vacío, 2 frascos de 500 c.c. con sellantes de goma y terminales de aluminio, conexión para interruptor a pedal incorporada. Alimentación 220VCA/50Hz. Montado sobre madera con revestimiento en laminado plástico. Manual de operación en español y anual técnico en español e inglés. Que incluya diagrama circuitales.		**$**_____	**$**_____
1.28	**4**	Biombos de tres cuerpos, patas fijas con las hojas laterales móviles, con rueditas. Tela desmontable y lavable. Medidas 2,00 x 1,80 m. de alto.		**$**_____	**$**_____
1.29	**2**	Monitores multiparamétricos 12”. PANI: Método: oscilometría Auto medir el tiempo: Ajustable Medición sonó :10-270mmHg ECG: El plomo modo de :3-plomo o plomo-5 Selección de derivaciones: I, II, III, AVR; aVL; avF; V rango de frecuencia cardíaca: Adultos :15-300bpm Pediátrica / neonatal :15-300bpm ECG de forma de onda: 2 channals Precisión: ± 1 bpm o ± 1% Medición del segmento ST de detección sonó:-0.2mv ~ 2.0mV Alarma: Si, alarma acústica y visual, los eventos de alarma de revisión de alta resolución de 12.1 "TFT en color de pantalla Ligero, compacto y portátil ECG, APO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR Opcional :2-IBP, ETCO2, y la impresora térmica Bulit-batería de litio recargable formas de onda de ECG de 7-lleva pantalla en la misma pantalla Las 72 horas tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros Los 72 eventos de alarma de todos los parámetros de recuerdo Los 32 segundos full-disclosure forma de onda de revisión 500 fecha de la medición de PNI puede ser el almacenamiento y recuperación de Fecha de formas de onda y color ser ajustable Arritmia el análisis y el análisis del segmento ST Adecuado para adulto, pediátrico y neonatal del paciente SPO2 Rango de medición :0-100% Accyracy :70-100% , ± 2% 0-69%, upspecified Pulso Rango :20-254 bpm Precisión: ± 3 bpm Respiración Método: Impedancia RA-LL Alcance: Adultos :0-120 rpm; pediátrico / neonatal :0-150 rpm Apnca alarmYes Temperatura Rango :0-50 Apnca: 0,1 Channal: Dual-Channal.		**$**_____	**$**_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
1.30	**2**	Oxímetro de pulso adulto. 6 formas de visualización. Pantalla tipo LED.		**$**_____	**$**_____
1.31	**2**	Oximetro de pulso pediátrico.		**$**_____	**$**_____
1.32	**2**	Horno Microondas. Pantalla digital, control electrónico y 10 niveles de cocción para descongelar o calentar. Medidas 30 x 46 x 34 cm.		**$**_____	**$**_____
1.33	**2**	Sillas de ruedas. Construidas en acero cromado. Ruedas traseras macizas de 600 mm. de diámetro (24") radios en plásticos. Ruedas delanteras de 200 mm. de diámetro, radios en plásticos. Asiento y respaldo de nylon, transpirable. Reposabrazos fijos. Reposapies abatibles. Respaldo fijo.		**$**_____	**$**_____
1.34	**2**	Otoscopios. Iluminación LED – Baterías recargables de iones de Litio.		**$**_____	**$**_____
1.35	**2**	Detector de Latidos cardíacos fetales. Detector ultrasónico de latidos fetales por efecto doppler de estado sólido. Alimentación dual con indicación visual y auditiva de pulso fetal. Control de volumen. Energía ultrasónica irradiada menor que 20 mW/cm^2. Transductor piezoeléctrico para ultrasonido. Manual de operación en español y manual técnico original en español o inglés, que incluya diagramas circuitales. La unidad debe cumplir con Norma IRAM 44220 (IEC 601).		**$**_____	**$**_____
1.36	**4**	Tensiómetros. Portátil automático, brazal con ajuste tipo "velcro" para adultos. Lectura en display digital, con escala de 0 a 300 mmHg. Provisto de temporizador para fijar intervalo de registro automático. Registrador en papel común. Alimentación dual (pilas y 220 VCA/50 Hz). Manual de operación en español y manual técnico en español o inglés, que incluya diagramas circuitables.		**$**_____	**$**_____
1.37	**4**	Estetoscopios. Biauricular. Arco auricular ajustable cromado.		**$**_____	**$**_____
1.38	**8**	Cajas de cirugía menor. La caja debe poseer los siguientes instrumentos: 1 mango de bisturí del número 3, con hojas desechables de los números 20 y 15, 1porta agujas estándar de 14 cm. Dos pinzas de hemostasia tipo mosquito curvas sin dientes. Una pinza de disección tipo Adson de 12 cm. con dientes. Unas pinzas de disección estándar de 14 cm. sin dientes. Unas tijeras Mayo de 14 cm. Rectas con terminación roma. Unas tijeras de Metzembaun de 14 cm. curvas con terminación roma.		**$**_____	**$**_____
1.39	**2**	Lámpara de Pie. Articulada, cromada, pantalla esmaltada de base pesad. Movimiento universal.		**$**_____	**$**_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
1.40	**2**	Lámpara para ginecología. Construcción sólida, con base de tres patas construida de fundición de hierro y recubiertas en pintura epoxi termocontraible. Intensidad luminosa de 10.000 lux, con interruptor de pie. Altura mínima de 80 cm. Altura máxima 130 cm.		**$**_____	**$**_____
1.41	**2**	Balanza para adultos. Balanza de pie para pesar y medir adultos, con capacidad de hasta 150 kg. Con doble escala cromada, de peso corredizo, sensibilidad 100 g. Alfombra de goma. Columna y plataforma esmaltada con correderas y pesas cromadas y con cartabón telescópico para medir altura. Con su correspondiente certificado de exactitud.		**$**_____	**$**_____
1.42	**2**	Balanza pediátrica. Balanza para bebé con capacidad de hasta 16 Kg. Sensibilidad de registro de 10 g. con doble escala cromada de peso corredizo. Base y plato curvo metálicos esmaltados. Con su correspondiente certificado de exactitud.		**$**_____	**$**_____
1.43	**2**	Escalera 2 peldaños. Estructura metálica. Esmaltada. Un peldaño revestido en goma de 35 x 20 cm. aproximadamente.		**$**_____	**$**_____
TOTAL COTIZADO ITEM 1					**$**_____

PLIEGO PARA CONSULTA

ITEM 2 – EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD "LOS HORNOS"

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
2.1	**1**	Fichero de 2 cajones-altura 0,77 x 0,48 x 0,60 cm., Negro y Haya, tipo Platinum		$_____	$_____
2.2	**3**	Armarios-biblioteca c/cierre de seguridad, puertas bajas, Negro y Haya, tipo Platinum		$_____	$_____
2.3	**2**	Mesas para niños de madera, colores fuertes		$_____	$_____
2.4	**6**	Sillas para niños de madera, colores fuertes		$_____	$_____
2.5	**4**	Carros para PC		$_____	$_____
2.6	**2**	Escritorios-esquina tipo Wizzy, Baguette Clas, Negro y Haya		$_____	$_____
2.7	**1**	Mesa de reunión de 2,50 m., Negro y Haya, tipo Wizzy		$_____	$_____
2.8	**1**	Escritorio esquina – color Wengue- Tipo Wizzy		$_____	$_____
2.9	**1**	Biblioteca inferior- 1,30 x 0,70 cm., color Wengue, tipo Wizzy		$_____	$_____
2.10	**18**	Sillas – tipo AP plástico		$_____	$_____
2.11	**2**	Tandem - tipo AP Fisso x 3		$_____	$_____
2.12	**4**	Tandem - tipo AP Fisso x 4		$_____	$_____
2.13	**1**	Heladera para vacunas. De una puerta, de 290 litros aproximadamente, con congelador.		$_____	$_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
2.14	**1**	Camas ortopédicas. De lecho rígido, apto para masajes cardíacos, con cuatro planos de tres articulaciones; movimientos regulables a manivela e impulsadas con tornillos de fuerza de rosca cuadrada y bujes de bronce fosforoso. Construida en caño estructural de 50 x 30 x 1.6 mm. Dispositivos para colocación de accesorios como barandas, trapecio y porta suero. Cabecero y piecero desmontables, revestidos con melaminas. Terminación en pintura epoxi horneable. Medidas 0.90 x 1.90 x 0.50 m.		**$**_____	**$**_____
2.15	**1**	Sillas de ruedas. Construidas en acero cromado. Ruedas traseras macizas de 600 mm. de diámetro (24”) radios en plásticos. Ruedas delanteras de 200 mm. de diámetro, radios en plásticos. Asiento y respaldo de nylon, transpirable. Reposabrazos fijos. Reposapies abatibles. Respaldo fijo.		**$**_____	**$**_____
2.16	**1**	Carro de curación: rodante de dos planos con frasqueros y apoya tambores, estructura metálica, medidas aprox. 60 x 40 x 85 cm.		**$**_____	**$**_____
2.17	**1**	Equipo electrocardiógrafo: Digital, de estado sólido de alimentación dual con cargador para conectar a la red de 220 V. Inscripción mediante cabezal térmico de alta resolución. Registro manual y automático, velocidad de barrido 25 y 50 mm/seg. Sistema de conmutación para tres derivaciones bipolares, tres unipolares aumentadas y ocho precordiales. Protección contra desfibrilación y electrobisturí. Sensibilidad ajustable entre 0,5 y 2 cm/mv. Impedancia de entrada mayor que 20 ohm. Rechazo de modo común mejor que 80 db. Ancho de banda superior a los 40 Hz. Filtro de linea de 50 Hz. Circuito de entrada flotante con una fuga de corriente máxima menos que 15 microampers. Salida para psiloscopio y entrada directa a l galvanómetro. Cable paciente y electrodos. Manual de operación en español y manual técnico original en español e inglés, que incluya diagramas circuitales. La unidad debe cumplir con normas IRAM 4220 (IEC 601).		**$**_____	**$**_____
2.18	**1**	Desfibrilador. Monitor de ECG desde electrodos y desde las paletas de desfibrilación. Presentación de frecuencia cardíaca y alarmas. Control de amplitud, congelamiento y volumen. Desfibrilación libre o sincronizada con onda QRS, con sistema 1-2-3. Rango de energía desde 1 hasta 360 joules. Desfibrilador. Conexión de paletas externas e internas. Sistema de autoverificación y descarga de seguridad. Registro gráfico. Impresión de ECG en tiempo real y diferido, sumario de eventos y reporte de descargas. Monitor de SaO2. Monitorización de SaO2, pulso cardíaco y alarma de máxima y mínima.ECG. Entrada de paciente: eléctricamente aislada y protegida contra desfibrilador. Curva de ECG: sin desvanecimiento, con congelamiento de imagen. Indicación en la pantalla de frecuencia cardíaca, alarmas, derivación, amplitud y volumen. Alarmas: dos juegos de valores prefijables entre 10 y 300 ppm en pasos de a 5, tono grave continuo con control de volumen. QRS: indicación visual y audible, con control de volumen. Amplitud. 0,5 – 1 2 cm/mV.		**$**_____	**$**_____

SOLO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
2.19	**1**	Pediometro. Registro de crecimiento hasta 1,10 m. Varilla de estructura metálica rígida, con topes regulables.		**$**_____	**$**_____
2.20	**1**	Lámpara de pie rodante. Articulada, cromada, con pantalla esmaltada de base pesada, altura regulable.		**$**_____	**$**_____
2.21	**1**	Lupa de pie rodante. Articulada, con aro metálico reforzado con lupa interna de luz fría, altura regulable.		**$**_____	**$**_____
2.22	**1**	Televisor de 32”.		**$**_____	**$**_____
2.23	**1**	Lavarropas Automático. De carga frontal. Tambor de acero inoxidable, capacidad de 6 kg. aproximadamente, con centrifugado.		**$**_____	**$**_____
TOTAL COTIZADO ITEM 2					**$** _____

PLIEGO PARA CONSULTA

ITEM 3 – EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD "NUEVO CAMINO AL REGIMIENTO"

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
3.1	**4**	Banquetas con respaldar.		$_____	$_____
3.2	**1**	Escritorio para computadora con 2 sillas.		$_____	$_____
3.3	**1**	Camilla.		$_____	$_____
3.4	**3**	Sillas 1 apoyabrazos.		$_____	$_____
3.5	**1**	Mueble tipo placard para la sala administrativa		$_____	$_____
3.6	**1**	Mesa para la extracción de 80 cm. de ancho		$_____	$_____
3.7	**2**	Estantería metálicas para deposito		$_____	$_____
3.8	**2**	Alacenas vidriadas de melanina enchapada color Haya de 60x60x30 cm., con manijas de metal y encuadres metáalicos		$_____	$_____
3.9	**3**	Biombos de tres cuerpos		$_____	$_____
3.10	**1**	Equipo de DVD: reproduce CD,(S) VCD, DVD, DVD + R/RW, DivX.MP3, WMA, JPEG, Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada, Procesamiento de video de 12 bits 7 108 Mhz para imagen nítidas y naturales, USB, Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB.		$_____	$_____
3.11	**4**	Escalera de 2 (dos) peldaños con superficie antideslizantes en los escalones.		$_____	$_____
3.12	**7**	Escritorios 1,20 x 0,60 x 0,75 m. Melanina enchapado, con 2 cajones color Haya.		$_____	$_____
3.13	**20**	Estanterías metálicas de 2 m. x 1 m. x 50 cm, con divisores verticales de 0,35 cm. x 30 cm. con 6 estantes reforzados, fondos y laterales metálicos		$_____	$_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
3.14	**1**	Impresora Láser Multifunción. Equipo multifunción láser monocromático tipo Brother DCP-7065DN ▪ Velocidad en impresión: 25 ppm ▪ Resolución 600 x 600 dpi - ▪ Memoria 32 Mb ▪ Bandeja de entrada: 250 hojas ▪ Interface: Ethernet 10/100 TX y USB 2.0 ▪ Copia: ▪ ADF: 35 PÁGINAS. ▪ Velocidad de copiado: 25 ppm. ▪ Ampliación: reducción 25% - 200% ▪ Platina: tamaño carta /A4. ▪ Escaneo: ▪ Resolución 600 x 600 ▪ Profundidad: 48 bits. ▪ Ciclo de trabajo: 10.000 páginas por mes. ▪ Capacidad de salida: 100 hojas. ▪ Compatible para windows XP y Windows 7 ▪ Drivers, manuales y cable para datos bidireccional incluido. ▪ Garantía 12 meses mínimos. (todas las características técnicas detalladas son de mínima)		**$**_____	**$**_____
3.15	**1**	Heladera con freezer de 330 litros		**$**_____	**$**_____
3.16	**2**	Heladera s/ freezer de 330 litros		**$**_____	**$**_____
3.17	**1**	Impresora láser monocromática de escritorio: Velocidad: 25ppm -(normal-A4) Ciclo de trabajo: 8.000 páginas por mes. Resolución: 600 x 600 dpi Idiomas estándar: basada en host, HP PCL 5e o HP PCL 6 Conexión USB de alta velocidad, Fastethernet 10/100TX Memoria: 32 MB. Bandeja de entrada: 250 hojas. Bandeja de Salida: 100 hojas. Drivers, manuales y cacle para datos bidireccional incluido Garantía 12 meses mínimo.		**$**_____	**$**_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
3.18	**1**	Mesa de comedor formica de 1,80 m. x 1 m. x 0,85 m.		**$**_____	**$**_____
3.19	**1**	Mesa de reunión de 2,50 m. x 1,30 m. x 0,85 m., ovalada, con tapa de madera y pie de caños negro		**$**_____	**$**_____
3.20	**4**	Mesa p/computadora con alzada 1,20 x 0,60 x 0,45 m., melanina enchapada, color Haya		**$**_____	**$**_____
3.21	**3**	Mueble biblioteca con puertas inferior de 0,90 x 1,80 m., melanina color Haya		**$**_____	**$**_____
3.22	**4**	**<u>SUBITEM 22.1</u> PC´S FULL COMPATIBLE** ▪ Procesador INTEL® CORE™ I3 2100 (3,1 Ghz. Caché L2 3MB, 64 bits) ▪ Motherboard INTEL – ASUS – GIGABYTE Chipset Intel® - 1333 MHz – PCI, PCI-E 16X, PCI-E 1X ▪ 4 (cuatro) GB DDR3 1333 Mhz marca KINGSTON ▪ HD 750 GB SATA 7200 rpm ▪ Video integrado. ▪ Placa de red 10/100 BaseT autosensing ▪ Placa de Sonido 16 bits. Parlantes potenciados. ▪ Grabadora DVD/CD. DVD-W 20X dual layer CREATIVE, SONY, SAMSUNG, PIONEER, LG. ▪ Gabinete ATX: ventilador delantero, trasero y 2 laterales. Interfases USB, microfono y Headphones frontales/laterales. ▪ Fuente: ATX 12 V 2,3 tipo Cooler Master SilentPro M 500 ▪ Voltaje de entrega: Universal (100-240 automático) ▪ Frecuencia de entrada: 50+/-3Hz ▪ PFC: PFC activo >0,9 ▪ Eficinencia >80% ▪ MTBF: 100000 Horas ▪ Protecciones: sobretensiones, sobrecorrientes, cortocircuitos, temperatura. ▪ Potencia nominal de salida: 500W . ▪ Temp. De operación 0 – 40º ▪ Conectores: M/B 20+4 Pin connector x 1 CPU 4+4 Pin x 1 PCI-E 6+2 Pin x 2 4 Pin Peripheral x 5 SATA x 2. ▪ Monitor LED 20´ resolución 1600 x 900 8 ms- marca SAMSUNG , LG. PHILIPS, SONY, HP (NO SE ACEPTARAN MONITORES SAMSUNG S20A300B)		**$**_____	**$**_____

PLIEGO PARA CONSULTA

		▪ Teclado español 12 teclas de función, tipo GENIUS KB-220 ▪ Mouse óptico con dos botones + scroll, tipo GENIUS Ntscroll 120, resolución 800dpi. ▪ Pad y Fundas ▪ Garantía 12 meses mínimos. ***SUBITEM 22. 2*** **SOFTWARE PARA PC**. ▪ Licencia Microsoft Windows 8 Profesional de 32 bit original en español instalado y activado. *(Todas las características técnicas detalladas son de mínima)*			
3.23	**5**	Percheros de pared para 5 elementos		**$**_____	**$**_____
3.24	**2**	Pizarra blanca para tinta indeleble		**$**_____	**$**_____
3.25	**20**	Sillas de caño pintado, tapizado eco cuero negro, tipo Roma AP 40, plástico.		**$**_____	**$**_____
3.26	**3**	Sillas regulables en altura, con respaldo tapizado en eco cuero.		**$**_____	**$**_____
3.27	**3**	Taburete alto con respaldo giratorio, con regulación de altura hidráulica, apoyas pies tapizado en eco cuero negro		**$**_____	**$**_____
3.28	**8**	Tándem de 4 sillas plásticas, de color negro		**$**_____	**$**_____
3.29	**3**	Teléfonos		**$**_____	**$**_____
3.30	**1**	Televisores de 32”		**$**_____	**$**_____
3.31	**2**	Vitrina metálica vidriada de 1,80 m. x 1 m. x 0,30 m., con cuatro (4) estantes		**$**_____	**$**_____
3.32	**1**	Autoclave tipo CHAMBERLAIN. Vertical cuerpo cilíndrico esmaltado exteriormente y cámara interior de cobre, tapa con cierre a charnelas, desplazable, provista con válvula de seguridad seleccionable en 1 o 1,5 atm. Manómetro y llave de purga dimensiones internas 40 x 60 cm. de profundidad capacidad 75 litros, alimentación a gas natural		**$**_____	**$**_____
3.33	**2**	Balanza digital pediátrica hasta 20 kg., c/mesas		**$**_____	**$**_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
3.34	**4**	Balanza de adultos c/tallímetro, cap. 150 kg.		$_____	$_____
3.35	**4**	Cajas de cirugía menor de acero inoxidable de 12 cm. x 22 cm. x 6 cm. equipadas con: tijera de mayo recta de 18 cm., pinza de disección c/diente de ratón de 15, pinza de disección s/diente de ratón x 10 cm., mango bisturí de 10 cm. Nº 4, porta aguja de 15 cm., pinza hemostática s/ diente de 15 cm., zonda acanalada de 15 cm., pinza halter con diente de 16 cm., tijera de mayo de curva de 16 cm.		$_____	$_____
3.36	**4**	Cajas de curación, de acero inoxidable, de 12 cm, x 22 cm, x 6 cm,, equipadas con: tijera de mayo recta de 18 cm., pinza de disección c/diente de ratón de 15 cm., pinza de disección s/diente de ratón x 10 cm., mango bisturí de 10 cm. Nº 3, zonda acanalada de 15 cm., tijera de mayo de curva de 16 cm.		$_____	$_____
3.37	**1**	Camilla ginecológica reforzada, c/caños cromados		$_____	$_____
3.38	**1**	Camilla pediátrica 1,20 m. x 0,8 m. x 1 m., c/caños cromados.		$_____	$_____
3.39	**2**	Camilla tipo Chaice Longe, reforzadas (150 kg. o más) con caños cromados.		$_____	$_____
3.40	**4**	Carro de curaciones c/cajones		$_____	$_____
3.41	**1**	Colposcopio binocular c/base rodante de 5 ruedas, inclinación de cabezal de 45º		$_____	$_____
3.42	**2**	Detector ultrasónico de latidos cardiofetales con display, pantalla de LCD, indicador de baterías bajas con bolso de traslado		$_____	$_____
3.43	**1**	Electrocardiógrafo con cuerpo compacto, de 12 derivaciones, display con pantalla LCD, baterías recargable, panel de control touch, conexión USB y/o inalámbrico		$_____	$_____
3.44	**4**	Estetoscopio biauricular adulto		$_____	$_____
3.45	**1**	Estetoscopio biauricular pediátrico		$_____	$_____
3.46	**1**	Estetoscopio de pinar		$_____	$_____

PLIEGO PARA CONSULTA

SUB ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZADO
3.47	**1**	Estufa de esterilización de 40 x 30 x 40 cm., eléctrica.		**$**_____	**$**_____
3.48	**2**	Lupa de luz fría con pie con 5 ruedas.		**$**_____	**$**_____
3.49	**2**	Nebulizador c/aspirador de motor (no ultrasónicos)		**$**_____	**$**_____
3.50	**4**	Negastoscopio de 1 (un) cuerpo		**$**_____	**$**_____
3.51	**2**	Pediómetros metálicos		**$**_____	**$**_____
3.52	**11**	Tachos de residuos metálicos con tapa		**$**_____	**$**_____
3.53	**3**	Tambores chicos de 15 cm. de diámetro, acero inoxidable p/esterilización		**$**_____	**$**_____
3.54	**3**	Tambores grandes de 40 cm. de diámetro, acero inoxidable p/esterilización.		**$**_____	**$**_____
3.55	**3**	Tambores medianos de 25 cm. de diámetro, acero inoxidable.		**$**_____	**$**_____
3.56	**4**	Tensiómetros aneroides adultos.		**$**_____	**$**_____
3.57	**3**	Tensiómetros de niños.		**$**_____	**$**_____
		TOTAL COTIZADO ITEM 3			**$** _____

TOTAL DE LA OFERTA .. $ _____

Son Pesos _____

PLIEGO PARA CONSULTA

SEÑOR PROVEEDOR:
SE RECUERDA QUE UD. PODRÁ COTIZAR UNICAMENTE AQUELLOS BIENES QUE SE ENCUENTREN HABILITADOS EN SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA. EN CASO DE COTIZAR BIENES NO HABILITADOS, LOS MISMOS SERÁN RECHAZADOS.

FOLLETOS

Junto a la oferta económica, deberá adjuntarse folletos, prospectos y/o croquis ilustrativos, con detalles técnicos que permitan comprobar si los bienes ofrecidos se ajustan a lo solicitado – CASO CONTRARIO SE DESESTIMARA LA OFERTA.

SR. PROVEEDOR: Las propuestas deben ser presentadas por duplicado.-
(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones).-

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y TASAS MUNICIPALES.-

CONDICION PARA PARTICIPAR

Para **PARTICIPAR** en la licitación los proveedores deberán tener **ACTIVA** su inscripción en el **REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL**, en razón de contar con **CUMPLIMIENTO FISCAL** en el **IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA**, tanto en el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del Decreto Nº 425/13)

Quedan **EXCEPTUADOS** los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios.

PLIEGO PARA CONSULTA

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA

Al momento de la apertura de la licitación, los oferentes deberán presentar **CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA** expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06. Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos **(02954)-456249 / 421298**.

Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego.

En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia autenticada del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.-

La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización (Anexo II) debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta.

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR Y PRODUCTO PAMPEANO.-

Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 (prorrogada por la Ley Nº 2294) que establece beneficios para la compra a Proveedores Pampeanos y/o Productos Pampeanos. Ver cláusula Décima Tercera del Pliego de Cláusulas Particulares.

PLIEGO PARA CONSULTA

EXPEDIENTE Nº 4015/13

LICITACION PRIVADA Nº 184/13

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

PLIEGO PARA CONSULTA

PRIMERA.- OBJETO DEL LLAMADO:

Este llamado tiene por objeto la adquisición de mobiliario y equipamiento destinado a los Centros de Salud "Reconversión", "Los Hornos" y "Alejandro Miranda" de la ciudad de Santa Rosa y al Centro de Salud "Barrio Nuevo Camino al Regimiento" de la ciudad de General Pico, dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

SEGUNDA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones.

Junto a la oferta económica, el proveedor deberá presentar folletos, prospectos y/o croquis ilustrativos con detalles técnicos de los bienes ofrecidos, que permitan comprobar si los mismos se ajustan a lo solicitado, CASO CONTRARIO SE DESESTIMARA LA OFERTA.

TERCERA.- DECLARACION JURADA:

Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación **(Anexo I).**

La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ INMEDIATA DE LA OFERTA.

CUARTA.- CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA:

Los oferentes deberán presentar **CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA** expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06. Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos **(02954)-456249 / 421298**.

Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, debidamente suscripta, de la **Autorización que como Anexo II** se adjunta al presente pliego.

En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia autenticada del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.

La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización (Anexo II) debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta.

QUINTA.- LUGAR DE RECEPCION DE LOS SOBRES:

Los sobres con las ofertas serán recibidos hasta el día y hora fijado para la apertura en el **Departamento Compras y Suministros -** Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.

SEXTA.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

La apertura de las propuestas se realizará ***el día 23 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas,*** en la Sala de Licitaciones - Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.

SEPTIMA.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez de ***cuarenta y cinco (45) días corridos*** a contar desde la fecha de apertura.

Si al vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se hubiere adjudicado la licitación, se prorrogará automáticamente el plazo de mantenimiento por un término de siete (7) días hábiles, salvo que los proponentes comuniquen su decisión en contrario, por un medio fehaciente antes del vencimiento del plazo original.

OCTAVA.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los insumos se realizará dentro de los **diez (10) días hábiles**, contados a partir de la comunicación fehaciente de la adjudicación (telegrama colacionado o carta documento) **o antes del 31 de diciembre de 2013**.

El proveedor deberá entregar los bienes en los lugares indicados en la cláusula siguiente, debiendo incluir en el precio el costo que le demande el traslado, carga y descarga de los mismos.

NOVENA.- LUGAR DE ENTREGA:

- **Ítem 1:** Depósito de Bienes Inventariables – Hospital Lucio Molas – Raúl B. Díaz y Pilcomayo - Santa Rosa – La Pampa.
- **Ítem 2:** Centro de Salud "Los Hornos" – calle Felice s/nº entre Av. Uruguay y Datri (Sección Quintas) de la ciudad de Santa Rosa – La Pampa – T.E. (02954)-436907.
- **Ítem 3:** Establecimiento Asistencial "Gobernador Centeno" – Calles 17 y 110 de la ciudad de General Pico – La Pampa, **con excepción de los subítems 14, 17 y 22** que se entregarán en el Centro de Sistematización de Datos (Ce.Si.Da.) – Planta Baja – Ala Oeste – Casa de Gobierno – Av. Luro y San Martín de la ciudad de Santa Rosa – La Pampa.

DECIMA.- FORMA DE PAGO:

El pago de las facturas se efectuará en **PESOS**, a los **siete (7) días hábiles**, contados desde la fecha de recepción de conformidad de la totalidad de los ítems adjudicados y la documentación debidamente conformada.

UNDECIMA.- GARANTIAS:

Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden del Organismo Licitante, en alguna de las formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento de Contrataciones.

En caso de realizarse mediante depósito bancario, deberá hacerse a la cuenta "Garantía de Licitaciones - N° 347/4 - Banco de La Pampa".

En caso de que la garantía sea mediante Seguro de Caución deberán ser Certificadas por Escribano Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos.

Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total cotizado, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 39º del Reglamento de Contrataciones, a excepción del pagaré a la vista que solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia.

La garantía de adjudicación que deberá presentar cada firma adjudicataria será equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado.

PLIEGO PARA CONSULTA

DUODECIMA.- CONDICION PARA PARTICIPAR:

Para **PARTICIPAR** en la licitación los proveedores deberán tener **ACTIVA** su inscripción en el **REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL**, en razón de contar con **CUMPLIMIENTO FISCAL** en el **IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA**, tanto en el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 12 del Decreto Nº 2321/10).

Quedan **EXCEPTUADOS** los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios.

DECIMA TERCERA.- COMPRE PAMPEANO:

Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, prorrogada por Ley Nº 2294- Compre al Proveedor o Productor Pampeano. Los beneficios están contemplados en el artículo 6 de la citada ley. A continuación se transcribe la parte principal del mismo:

"Artículo 6.- En las contrataciones que se lleven a cabo la preferencia se materializará a través de:

a) Cuando se trate de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el artículo 3°, se adjudicará cuando el precio de los mismos no supere en un cinco por ciento (5%) en más al de la oferta más conveniente, ante especificaciones técnicas semejantes de calidad o finalidad de uso.

b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento (2%) en más, al de la oferta más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y ésta corresponda a un proveedor no definido como pampeano."

Los interesados deberán inscribirse en el Registro creado al efecto, el cual se encuentra a cargo del Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa - ☎ (02954)-452793 / 452794.

En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs.

DECIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE:

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de Cláusulas Particulares se regirá por las disposiciones del Reglamento de Contrataciones de la Provincia aprobado por Decreto-Acuerdo N° 470/73 y sus modificatorios.

PLIEGO PARA CONSULTA

EXPEDIENTE Nº 4015/13

LICITACION PRIVADA Nº 184/13

ANEXO I

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN ESTADO DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION, NI INHABILITADO JUDICIALMENTE.-

PLIEGO PARA CONSULTA

EXPEDIENTE Nº 4015/13

LICITACION PRIVADA Nº 184/13
ANEXO II - AUTORIZACION

Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de La Pampa, y a toda persona que este organismo designe, a solicitar información ante el Registro de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas con asiento en la ciudad de Santa Rosa, creado por Ley Nº 2201.

A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la solicitud a presentarse ante el citado Registro, mis datos personales son:

APELLIDO: _____

NOMBRES: _____

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _____

NACIONALIDAD: _____

DOMICILIO: _____

_____

Firma y Aclaración

PLIEGO PARA CONSULTA

PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo II - AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia autenticada del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.